

## Erratum: Ocena merilne negotovosti nekaterih hematoloških parametrov analizatorja Sysmex XN-L 550

### *Erratum: Estimation of measurement uncertainty of some hematological parameters on Sysmex XN-L 550 analyzer*

**Sebastijan Božič, Milka Ogrin, Polona Likar, Minka Lužovec, Marija Prezelj**  
Zdravstveni dom Vrhnika

Avtor za korespondenco:

**Dr. Marija Prezej, spec. med. biokem.**

Zdravstveni dom Vrhnika, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

e-pošta: [doda.prezelj@gmail.com](mailto:doda.prezelj@gmail.com)

V prispevku z naslovom *Ocena merilne negotovosti nekaterih hematoloških parametrov analizatorja Sysmex XN-L 550*, ki je bil objavljen v 4. številki Laboratorijske medicine, je prisotna napaka. Na strani 55, v Tabeli 2: *Merilna negotovost obnovljivosti znotraj laboratorija (uRw) za he-*

*moglobin, eritrocite, levkocite in trombocite v primerjavi z zaželeno specifikacijo analitične učinkovitosti* se je vrinila decimalna vejica pri povprečni vrednosti koncentracijskega nivoja 2 trombocitov. Pravilna vrednost je 237 ( $10^9/L$ ) in ne 2,37 ( $10^9/L$ ).